

Coombs test, indirect

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86885

שם הבדיקה

Coombs test, indirect

שמות נוספים לבדיקה

בדיקת קומבס, עקיף

לאבחנה/טיפול

זיהוי נוגדנים בפלסמה

שיטת ביצוע הבדיקה

כרטיסיות ג'ל

מגבלות השיטה

נפח מינימלי של דם מלא - 3ml. לא ניתן לבצע בדגימה המוליטית.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

בנק הדם

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302570

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

בנק הדם

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA פקק סגול

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

שליחה מידית.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מייד

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

קביעה איכותית

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP

בקרת איכות חיצונית חלופית

NEQAS

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 4 שעות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

מבוצע 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע