

סקר גנטי מורחב/שיבא PRO

תיאור הבדיקה

קוד CPT

1701793

שם הבדיקה

סקר גנטי מורחב/שיבא PRO

שמות נוספים לבדיקה

סקר גנטי מורחב/סקר גנטי פרטי

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

היברדיזציה של פרובים ספציפים/Scan Carrier

מגבלות השיטה

הערות

הערות

תוכנת IDENTIFY

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גנטית](#)

מיקום המעבדה

מכון גנטי, בנין נשים יולדות

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5303060

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מכון גנטי

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

ימים א-ה, פרטים במשרד ובאתר המכון הגנטי

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה עם EDTA

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור

תנאי שינוע

טמפ' החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

עד 3 ימים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

נוכחות מוטציות

תחום ערכים תקינים

ללא המוטציות אותן מחפשים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ינ'קואליג QGEQAP

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חודש

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות