

# Copper

## תיאור הבדיקה

**CPT קוד**

82525

**שם הבדיקה**

Copper

**שמות נוספים לבדיקה**

נחושת

**לאבחנה/טיפול**

חשיפה לנחושת

**שיטת ביצוע הבדיקה**

ספקטרוסקופיה של בליעה אטומית

**מגבלות השיטה**

- כ התוצאה בטופס ידווח הגילוי לסף או (LOQ) הכימות לסף מתחת ממצא כל \*  $10\mu\text{g/dl}$  LOQ: \*  
"לא נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת

## מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

## מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

## טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

## מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

## המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

## האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

## דיגום ושינוע הבדיקה

## תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

## סוג הדגימה

דם

**נפח דגימה**

5 מ"ל

**כלי קיבול לדגימה**

מבחנה כימית

**תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

לא קריטי

**תנאי שינוע**

קרור

**זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

לא רלוונטי

**קריאת תוצאות**

**מידע כללי**

**יחידת מידה**

µg/dl

**תחום ערכים תקינים**

50-150

## בקורות ותקני איכות

### **EQA - בקרת איכות חיצונית**

Intralaboratory Comparison Program for Metals in Biological Matrices (PCI) - Quebec

### **בקרת איכות חיצונית חלופית**

אין

### **הסמכה/התעדה**

ISO15189:2022

### **שם הגוף המסמיך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

## מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

25 ימי עבודה

### **ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות