

Cyanide

תיאור הבדיקה

CPT קוד

82600

שם הבדיקה

Cyanide

שמות נוספים לבדיקה

ציאניד

לאבחנה/טיפול

חשיפה לציאניד

שיטת ביצוע הבדיקה

כולורימטריה

מגבלות השיטה

בתאום מראש עם המעבדה * LOQ: $0.15 \text{ mg} / \text{L}$ * כל ממצא מתחת לסף הכימות (LOQ) או לסף הגילוי ידווח בטופס התוצאה כ - "לא נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ע"פ הנחיות הרופא המטפל

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/l

תחום ערכים תקינים

עד 0.25

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

יש לוודא טלפונית עם המעבדה זמינות הבדיקה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה