

Ethanol

תיאור הבדיקה

CPT קוד

82055

שם הבדיקה

Ethanol

שמות נוספים לבדיקה

אתנול, Alcohol

לאבחנה/טיפול

שימוש באתנול

שיטת ביצוע הבדיקה

אימונוכימיה

מגבלות השיטה

בדיקה איכותית בסף גילוי של 20 מ"ג/ד"ל. * כל ממצא מתחת לסף הכימות (LOQ) או לסף הגילוי ידווח בטופס התוצאה כ - "לא נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

אין לחטא באלכוהול

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg%

תחום ערכים תקינים

לא ישום

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

יום עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה