

Ethylene glycol

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82693

שם הבדיקה

Ethylene glycol

שמות נוספים לבדיקה

גליקול אתילן, Antifreeze

לאבחנה/טיפול

שימוש באתילן גליקול

שיטת ביצוע הבדיקה

כרומטוגרפיה - MS/GC

מגבלות השיטה

בתיאום טלפוני עם המעבדה LOQ: 5 dL/mg * כל ממצא מתחת לסף הכימות (LOQ) או לסף הגילוי ידווח בטופס התוצאה כ - "לא נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ע"פ הנחיות הרופא המטפל

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg%

תחום ערכים תקינים

ריכוז רעיל: 20

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

בתיאום טלפוני עם המעבדה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה