

Nickel

תיאור הבדיקה

CPT קוד

83885

שם הבדיקה

Nickel

שמות נוספים לבדיקה

ניקל

לאבחנה/טיפול

חשיפה לניקל

שיטת ביצוע הבדיקה

ספקטרוסקופיה של בליעה אטומית

מגבלות השיטה

לא" - כ התוצאה בטופס ידווח הגילוי לסף או (LOQ) הכימות לסף מתחת ממצא כל * $5\mu\text{g/l}$ *LOQ:
נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

כוסית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בתום משמרת העבודה

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

µg/l

תחום ערכים תקינים

עד 15

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיר/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

25 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות