

trans-trans Muconic acid

תיאור הבדיקה

קוד CPT

8030301

שם הבדיקה

trans-trans Muconic acid

שמות נוספים לבדיקה

טרנס טרנס חומצה מוקונית

לאבחנה/טיפול

חשיפה לבנזן

שיטת ביצוע הבדיקה

כרומטוגרפיה - HPLC

מגבלות השיטה

- כ התוצאה בטופס ידווח הגילוי לסף או (LOQ) הכימות לסף מתחת ממצא כל * 0.25 mg/l *LOQ:
"לא נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

כוסית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בתום משמרת העבודה בבנזן

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/g creat

תחום ערכים תקינים

BEI(ACGIH): 0.5

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

G-EQUAS - Institute for Occupational Medicine' The Friedrich-Alexander University
Erlangen-Nuremberg Germany

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

10 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות