

Tricyclic antidepressants

תיאור הבדיקה

קוד CPT

80101

שם הבדיקה

Tricyclic antidepressants

שמות נוספים לבדיקה

תרופות נוגדות דיכאון טריציקליות

לאבחנה/טיפול

ניטור רמת תרופה

שיטת ביצוע הבדיקה

אימונוכימיה

מגבלות השיטה

בדיקה איכותית בסף כימות של 100 נ"ג/מ"ל. בדיקה איכותית לסך כל האנטידפרסנטים הטר-ציקליים (שימוש בקרבמזפין ו/או בתרופות אנטי פסיכוטיות עלול לשבש את ממצאי הבדיקה) * כל ממצא מתחת לסף הכימות (LOQ) או לסף הגילוי ידווח בטופס התוצאה כ - "לא נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית או EDTA

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

סמוך לזמן החשיפה

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

ng/ml

תחום ערכים תקינים

לא ישום

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

NEQAS drugs of abuse in urine - CC2DOA1A

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

יום עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה