

ופטריות אירובית תרבית BAL

תיאור הבדיקה

קוד CPT

8707087205

שם הבדיקה

ופטריות אירובית תרבית BAL

שמות נוספים לבדיקה

Bronchoalveolar Lavage

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום בדרכי הנשימה

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית (מצעים מוצקים). צביעת גרם במכשיר Aerospray. זיהוי בשיטת Bruker TOF MALDI. רגישות בשיטה אוטומטית ובשיטות Diffusion Disk וב-Test Gradient. זיהוי פטריות בשיטת TOF MALDI במכשיר Bruker ובשיטות ידניות קלאסיות.

מגבלות השיטה

יש לשלוח בכמות מספקת לכל הבדיקות הנדרשות מהדגימה

הערות

הערות

במידה ויש מעט חומר ובקשות רבות יש ליידע את המעבדה על תיעדוף הבדיקות

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

יש לציין את הריאה הנדגמת.

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש לציין את הריאה הנדגמת

סוג הדגימה

ריאה ימין/ריאה שמאל/ריאה ימין ושמאל

נפח דגימה

נוזל בנפח של 20 מ"ל לפחות

כלי קיבול לדגימה

כוסית או מבחנה סטרילית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים וחוש: טמפרטורת חדר עד שעתיים. מעל שעתיים - בקירור: 8°C - 2°C

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר, מהר ככל האפשר לקוחות חוש: מהר ככל האפשר בקירור: 8°C - 2°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוש: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבית - תחום הערכים לא ישים. צביעת גרם - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים. רגישות בשיטה אוטומטית ובשיטת Disk Diffusion - ניתן לפנות למסמך CLSI M-100: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing Gradient Test - ניתן לפנות ל-Guide Application Test-E ולהוראות השימוש מצורפות לכל פריט.

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

תרבית אירובית, אנאירובית/פטריות שליליות - 7 ימים/תרבית אירובית/אנאירובית/פטריות חיובית - 10 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא