

מין למחלות PCR

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87250

שם הבדיקה

מין למחלות PCR

שמות נוספים לבדיקה

PCR for STD Sexual Transmitted Disease
Neisseria gonorrhoeae Chlamidia trachomatis,
Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum Trichomonas vaginalis,
Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium

לאבחנה/טיפול

חשד למחלת מין

שיטת ביצוע הבדיקה

RT-PCR (Seegene)

מגבלות השיטה

בדיקות מרקטום עלולות להיות מעוכבות על ידי צואה

הערות

הערות

בדיקות מרקטום עלולות להיות מעוכבות על ידי צואה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

חיוני לציין אתר דיגום

המעבדה הקולטת את הדגימה

מבחנות UTM קולטת מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית. מבחנת שתן קולטת מנהלת בדיקות חוץ

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

רצוי שתן ראשון של הבוקר (לא אמצע זרם). יתר הדגימות במבחנת UTM medium transport

סוג הדגימה

צוואר הרחם/לוע עין רקטום הפרשה משופכה מי שפירשאיבה מטובוס

נפח דגימה

שתן: חצי גובה של מבחנה

כלי קיבול לדגימה

שתן - מבחנת עם פקק שקופיתר הדגימות - מבחנת UTM עם מטוש בתוכה.

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור: $2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$

תנאי שינוע

$2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$ מקוררת בסביבה - 23° שתן עד מקוררת בסביבה-UTM

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

רק דגימות שתן - הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

5 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא