

Staphylococcus aureus Screen

תיאור הבדיקה

CPT קוד

87070

שם הבדיקה

Staphylococcus aureus Screen

שמות נוספים לבדיקה

סיקור Staphylococcus aureus MSSA MRSA

לאבחנה/טיפול

סיקור לחיידקים עמידים

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית (מצעים מוצקים). זיהוי בשיטת Bruker TOF MALDI. רגישות בשיטת Diffusion Disk.

מגבלות השיטה

דיגום נזלי לא איכותי מוריד את יעילות הסיקור

הערות

הערות

יש לסקור רק בהנחיית היחידה למניעת זיהומים ולהימנע מסיקורם חוזרים לחולים ידועים למעט למטרות שלילת נשאות

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

סטטוס נשאות

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לא רלוונטי

סוג הדגימה

אף מפשעהבית שחיפרינאוםלועמשטח מעור לא שלם

נפח דגימה

לא רלוונטי

כלי קיבול לדגימה

מטוש העברה(עם אגר, פקק כחול)

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

הבדיקה לא מתאימה לחולים המתאשפזים לביצוע ניתוח באותו יום בשל הזמן הנדרש לתרבית

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבית - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים. Diffusion Disk - ניתן
Susceptibility Antimicrobial for Standards 100 Performance-M CLSI למסמך Testing.

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

5 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא