

Carbapenem resistant *Pseudomonas aeruginosa* Screen

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87070

שם הבדיקה

Carbapenem resistant *Pseudomonas aeruginosa* Screen

שמות נוספים לבדיקה

פסאודומונס סיקור Carbapenem Resistant

לאבחנה/טיפול

סיקור לחיידקים עמידים

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית (מצעים מוצקים). זיהוי בשיטת Bruker TOF MALDI. רגישות בשיטת Diffusion Disk.

מגבלות השיטה

יש להמתין לתשובת רגישות סופית לאחר זיהוי *Pseudomonas*

הערות

הערות

יש לסקור רק על פי פרוטוקול היחידה למניעת זיהומים ולהימנע מסיקורם חוזרים לחולים ידועים למעט למטרות שלילת נשאות

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

לא דיגום שגרת! יש לדגום רק על פי הנחיה של היחידה למניעת זיהומים

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לא רלוונטי

סוג הדגימה

מטוש מכיחמטוש רקטליצואה

נפח דגימה

נפח במטוש - לא רלוונטי. צואה עד 5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מטוש העברה (עם אגר, פקק כחול). צואה במיכל סטרילי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

על פי הנחייה של היחידה למניעת זיהומים בלבד

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבות - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים. Diffusion Disk - ניתן לפנות למסמך Performance-M CLSI 100 Susceptibility Antimicrobial for Standards Testing.

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

5 ימים



ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא