

PCR for Mycobacterium tuberculosis

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87250

שם הבדיקה

PCR for Mycobacterium tuberculosis

שמות נוספים לבדיקה

PCR for TBPCR לשחפת GeneXpert

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום במיקובקטריה

שיטת ביצוע הבדיקה

RT PCR

מגבלות השיטה

באישור רופא מיקרוביולוג במעבדה

הערות

הערות

הבדיקה לא תבוצע ללא אישור רופא מיקרוביולוגיה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בהתאם לסוג דגימה

סוג הדגימה

השיטה מתוקפת רק לדגימות כיחשאר הדגימות מבוצעות ללא תיקוף

נפח דגימה

לפחות 1 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

בהתאם לסוג הדגימה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור: 8°C - 2°C

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר, מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: מהר ככל האפשר בקירור: 8°C - 2°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: עד 48 שעות מהדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

אין

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לאופן פירוש תוצאות ע"י מכשיר ניתן לפנות ל-RIF/MTB ® Xpert, Use for Instruction
UltraCepheid

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

3 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

