

EBV DNA (Quantitative PCR)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87250

שם הבדיקה

EBV DNA (Quantitative PCR)

שמות נוספים לבדיקה

עומס נגיפי ל EBV

לאבחנה/טיפול

EBV DNA (כמות PCR)

שיטת ביצוע הבדיקה

Real time PCR

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים המרכז הארצי לנגיפי הרפסטל' 2461](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302461

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפים/חדר קבלת דגימות/טל' 2388

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם מלא

נפח דגימה

4 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה סטרילית עם EDTA

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור 4-8°C

תנאי שינוע

בקירור 4-8°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

48 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

QCMD EBV-WB

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2015

שם הגוף המסמך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 6 ימים.

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי שישי נקלטות דגימות במעבדה בשעות 8.00-13.00