

HIV viral load

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87536

שם הבדיקה

HIV viral load

שמות נוספים לבדיקה

עומס נגיפי ל- HIV

לאבחנה/טיפול

עומס נגיפי ל- HIV

שיטת ביצוע הבדיקה

Quantitative assay

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים מרכז הארצי לאימות בדיקות HIV ומרכז ארצי להפטיטיס נגיפית טל' 2458](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302458

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפים מרכז הארצי לאימות בדיקות HIV ומרכז ארצי להפטיטיס נגיפית טל' 2458

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

03-5302458 בטלפון תיאום פי על רק כמותי RT-PCR

סוג הדגימה

דם מלא , פלסמה, CSF

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

לדם מבחנה סטרילית עם EDTA לדגימות אחרות כלי סטרילי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

דם מלא צריך להגיע תוך 24 שעות מלקיחת הדגימה בקירור. פלסמה מוקפאת בקרח יבש.

תנאי שינוע

דם מלא - בקרור. פלסמה מוקפאת - בקרח יבש.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

: QCMD Human Immunodeficiency Virus RNA EQA Programme

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2008

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 10 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה