

Anti-Acetylcholine receptor (CBA titration)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

88347

שם הבדיקה

Anti-Acetylcholine receptor (CBA titration)

שמות נוספים לבדיקה

Anti-AchR titration

לאבחנה/טיפול

מעקב

שיטת ביצוע הבדיקה

Cell Based Assay

מגבלות השיטה

אין להסתמך על תוצאת הבדיקה בלבד לצורך אבחון. על הרופא המטפל לאבחן עפ"י הסמנים הקלינים בשילוב עם התוצאות הסרולוגיות.

הערות

הערות

פנה למעבדה לקבלת ההסברים

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[בירואימונולוגיה](#)

מיקום המעבדה

שיקום חדש מרכז לטרשת נפוצה

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5305785

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

ניתן להזמין בדיקה זו בתנאי שהתקבלה תשובה חיובית לנוגדנים ל-AchR בבדיקה קודמת. הבדיקה הינה בסל ומבוצעת אמבולטורית תמורת התחייבות כספית או תשלום. לצורך השלמת הבדיקה יש ליצור קשר עם עם מזכירות המרכז לטרשת נפוצה בטל' 03-5303811/3911 הבדיקה מבוצעת גם במסגרת אשפוז.

המעבדה הקולטת את הדגימה

טרשת נפוצה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

18-24°C

תנאי שינוע

18-24°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

שעתיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

קריאת תוצאות : הדגימה נבדקת במיהולים 1:10, 1:100, 1:1000 המיהול האחרון עם תגובה חיובית נחשב טיטר.

יחידת מידה

Titer

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

IFQ-Lubeck

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO9001:2017

שם הגוף המסמך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

20 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות