

Myasthenia Gravis Immunoblot

תיאור הבדיקה

CPT קוד

86255x2

שם הבדיקה

Myasthenia Gravis Immunoblot

שמות נוספים לבדיקה

Anti-Titin, Anti-Sox1

לאבחנה/טיפול

בדיקת זיהוי נוגדנים ל- Titin ול- Sox1 בסרום לצורך אבחון Myasthenia gravis (MG). אצל מטופלי MG רבים נוכחות נוגדנים ל- Titin מהווה אינדיקציה לטימומה. נוגדנים ל- Sox1 קשורים בדכ"כ לסינדרום איטון למברט אולם יכולים להופיע גם במצבים פארא נאופלסטים. מבוצע בשיטת Immunoblot.

שיטת ביצוע הבדיקה

Immunoblot

מגבלות השיטה

אין להסתמך על תוצאת הבדיקה בלבד לצורך אבחון. על הרופא המטפל לאבחן עפ"י הסמנים הקלינים בשילוב עם התוצאות הסרולוגיות.

הערות

הערות

פנה למעבדה לקבלת ההסברים

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[נירואימונולוגיה](#)

מיקום המעבדה

שיקום חדש מרכז לטרשת נפוצה

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5305785

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

הבדיקה הינה בסל ומבוצעת אמבולטורית תמורת התחייבות כספית או תשלום. לצורך השלמת הבדיקה יש ליצור קשר עם עם מזכירות המרכז לטרשת נפוצה בטל' 03-5303811/3911 הבדיקה מבוצעת גם במסגרת אשפוז.

המעבדה הקולטת את הדגימה

נירואימונולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

18-24°C

תנאי שינוע

18-24°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

שעתיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

השיטה הינה איכותית למעקב אחר התפתחות המחלה. התוצאה מדווחת כשלילי, גבולי או חיובי.

יחידת מידה

שלילי/גבולי/חיובי

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO9001:2019

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

20 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

