

Blood film examination

תיאור הבדיקה

קוד CPT

85031

שם הבדיקה

Blood film examination

שמות נוספים לבדיקה

Peripheral Smear, Blood Film, Manual Differential, Differential Slide, PB smear, משטח
דם פריפרי

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

צביעת משטח בגימזה (אוטומטית בעזרת SS/SM-DxH900 או ידני) סריקה ופענוח בעזרת DI60-
CellaVision או מיקרוסקופיה

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

דם מלא

נפח דגימה

3 מ"ל במבחנת Vacutainer מבוגרים, 0.5 מ"ל במבחנה פדיאטרית

כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA פקק סגול

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לערבב היטב בהיפוך איטי, ללא הקצפה (5 פעמים) מיד לאחר לקיחה.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר, מחוץ לשיבא לשלוח בקרור (אסור להקפיא)

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

8 שעות בטמפ' חדר

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

שונות למדידים השונים, מופיע בדוח התוצאות

תחום ערכים תקינים

פרוט לכל מרכיבי הפרופול בהתאם לגיל ומין מופיע בדוח התוצאות

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

NEQAS, BLOOD FILMS

בקרת איכות חיצונית חלופית

תוכנית בין מעבדות בישראל

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

2 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

הכנת משטח צביעה 24/7 פענוח ימי חול בין השעות 07:00 עד 15:00 פיענוח מעבר לשעה 15:00,
שבתות וחגים, יעשה ע"המטולוג כונן במידת הצורך ימי שישי: בין השעות 07:00 עד 12:00