

Cytomegalovirus (CMV) IgM

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86644

שם הבדיקה

Cytomegalovirus (CMV) IgM

שמות נוספים לבדיקה

ציטומגלובירוס (CMV) IgM

לאבחנה/טיפול

מסייעת לקבוע האם מדובר במחלה פעילה מחשיפה פעילה מהנגיף CMV

שיטת ביצוע הבדיקה

ARCHITECT i2000srImmunometric-Chemiluminescence(CMIA)

מגבלות השיטה

המוליזה חזקה עלולה לשבש את המדידה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-8161

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

מבוצע ללקוחות מחוץ לשיבא בלבד, אחרת פנה למעבדה לנגיפים

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

במקרה ומתקבלת תוצאה חיובית מאישה הרה הדגימה מועברת להמשך ברור למעבדת נגיפים

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ניתן לשמור בטמפרטורת החדר אם נשלח באותו יום של הלקיחה. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמר בקרור $2-8^{\circ}\text{C}$ עד 14 ימים. מעל 14 ימים יש להקפיא ב- -20° .

תנאי שינוע

באותו יום הלקיחה לשלוח בטמפרטורת החדר. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה יש ולשלוח בקרור.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר הפרדת סרום מהתאים: בטמפרטורת $2-8^{\circ}\text{C}$ עד 14 ימים. בטמפרטורת -20° מעל 14 ימים.

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

Index Value

תחום ערכים תקינים

שלילי: קטן מ-0.85 תחום אפור: מ-0.85 עד 0.99 חיובי: גדול מ-1

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Labquality

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

3 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

מבוצע רק במשמרת בוקר