

Estimated Glomerular Filtration Rate, (MDRD)

תיאור הבדיקה

CPT קוד

78701

שם הבדיקה

Estimated Glomerular Filtration Rate, (MDRD)

שמות נוספים לבדיקה

שיעור סינון גלומרולרי משוער,

לאבחנה/טיפול

תפקודי כליות

שיטת ביצוע הבדיקה

מחושב מתוך blood-Creatinine ונתוני גיל מין ומשקל (AU5800)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל ללא תוסףפקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

אין הוראות מיוחדות

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

בסרום או פלזמה 2-25°C at days 7

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

ml/min/1.73m²

תחום ערכים תקינים

ז/נ: קטן מ-60 עבור מבוגרים בלבד

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7