

Osmolality- urine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

83935

שם הבדיקה

Osmolality- urine

שמות נוספים לבדיקה

אוסמולליות - שתן

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Freezing pointdepression

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת שתןפקק שקוף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

שתן טרי

תנאי שינוע

להגיע למעבדה תוך שעה מלקיחה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mOsm/kg H₂O

תחום ערכים תקינים

300-900

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS-Urine Chemistry Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7