

כללית שתן מבדיקת חלק WBC- urine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

81000

שם הבדיקה

כללית שתן מבדיקת חלק WBC- urine

שמות נוספים לבדיקה

בשתן לאוקוציטים, Leucocytes in urine

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Iricell 3000 plus

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

מבוצע כחלק מפאנל בדיקות שתן כללית

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

שתן אמצעי טרי

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת שתןפקק שקוף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

דגימת בוקר או דגימה אקראית, חשיבות לטריותניתן לשמור בטמפרטורת החדר עד 24 שעות.מ-24 עד 48 שעות לשמור במקרר.

תנאי שינוע

תוך 24 שעות בטמפרטורת החדר.24-48 שעות בטמפרות $2-8^{\circ}\text{C}$

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות טמפרטורת החדר48 שעות בטמפרטורה $2-8^{\circ}\text{C}$

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

איכותי

תחום ערכים תקינים

שלילי - בודדים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP-UAA- Automated Urinalysis

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיר/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7