

Biocartis system of Idylla for a single gene mutation

תיאור הבדיקה

קוד CPT

הסרטני הגידול לסוג בהתאם המפנה מהרופא התוויה פ"ע L8381, L8379, 706161

שם הבדיקה

שמות נוספים לבדיקה

Biocartis system of Idylla for a single gene mutation

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Idylla instrument (Biocartis)

מגבלות השיטה

הערות

הערות

הבדיקה מוכרת ע"י אגף המעבדות של משרד הבריאות

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

פתולוגיה / שירות איבחון מולקולרי

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302354

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה/שירות איבחון מולקולרי

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

קפוא בחומר גם להשתמש ניתן, (בלוקים) FFPE - Formalin fixed paraffin embedded tissue
וטרי

נפח דגימה

מבlook 5-15 חתכים של 5 מקרון במבחנה או על גבי סלייד

כלי קיבול לדגימה

בלוק פרפין

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ביופסיה מקובעת בפורמלין

תנאי שינוע

שינוע ע"י מערך שליחים

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

אינו מוגבל

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

בדיקה איכותית

תחום ערכים תקינים

יש או אין שינויים גנטיים ברמת הדנ"א או הר"נא ושכיחותן

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

24 שעות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות